

单一来源采购专业人员签到表

序号	专家姓名	工作单位	职称	联系电话	身份证号码
1	王进平	河南中远三和药业	副主任医师	1383857055	412325196101010013
2	赵魏东	郑大五附院	副主任医师	1383715315	320106196712122037
3	王书坤	岭电县外医院	副主任医师	13606666180	11060619502163915

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>王延红</u>	
	职称: <u>副主任医师</u>	
	工作单位: <u>河南省人民医院</u>	
项目信息	项目名称: 郑州市骨科医院数字减影血管造影系统球管更换项目	
	供应商名称: 郑州武康医疗医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	该采购项目为DSA设备球管更换项目, 原设备品牌为GE设备。现拟购GE品牌的球管且GE球管只能由郑州市骨科医院唯一指定代理公司提供, 其他代理销售公司无权代理销售, 其他品牌球管不能匹配。建议采购单一来源方式。	
专业人员签字	<u>王延红</u>	日期 <u>2023</u> 年 <u>7</u> 月 <u>5</u> 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王书坤	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 华中科技大学	
项目信息	项目名称: 郑州市骨科医院数字减影血管造影系统球管更换项目	
	供应商名称: 郑州武康医疗医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	GE的DSA IGS330球管是设备配套的部件, 其他品牌的球管与主机不匹配, 只能采用原装球管。根据厂家建议, 郑州武康医疗设备有限公司是该项目的唯一售后服务公司。该球管-球管支架, 同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	王书坤	日期 2023年 7月 05日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 赵耀东	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 郑州大学第三附属医院	
项目信息	项目名称: 郑州市骨科医院数字减影血管造影系统球管更换项目	
	供应商名称: 郑州武康医疗医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	球管是数字减影血管造影系统的重要组成部分,是设备整机性能的关键部件。各厂家同类设备的球管在性能、物理参数等方面无统一标准要求,因此不能通用或兼容使用。本次采购GE公司Optima IG330数字减影血管造影系统。根据相关法律法规规定,适用单一来源方式采购。	
专业人员签字	赵耀东	日期 2023年7月5日